



分析报告单

品名: 六水合氯化镁
批号: 20220923
级别: 分析纯
检验依据: GB/T 672-2006
分子式: $MgCl_2 \cdot 6H_2O$
分子量: 203.30
检验日期: 2022-09-23

检验项目	指标	检验结果
含量($MgCl_2 \cdot 6H_2O$), %	≥ 98.0	99.3
pH值(50g/L; 25°C)	5.0~6.5	合格
澄清度试验, 号	≤ 3	<3
水不溶物, %	≤ 0.005	<0.005
硫酸盐(SO_4), %	≤ 0.005	<0.005
磷酸盐(PO_4), %	≤ 0.001	<0.001
总氮量(N), %	≤ 0.005	<0.005
钙(Ca), %	≤ 0.05	<0.05
铁(Fe), %	≤ 0.0005	<0.0005
钡和锶(以Ba计), %	≤ 0.005	<0.005
重金属(以Pb计), %	≤ 0.0005	<0.0005
以下空白		

结论: 本品按GB/T 672-2006检验, 结果符合分析纯规定。

备注:

签发人: 洪朝辉

复核人: 周一朗

检验人: 詹碧珠