



品名: 氯化钾  
批号: 20250924  
级别: 分析纯  
检验依据: GB/T 646-2011  
分子式: KCl  
分子量: 74.55  
生产日期: 2025-09-24

检验项目	指标	检验结果
含量(KCl), %	≥99.5	99.7
pH值(50g/L溶液;25℃)	5.0~8.0	合格
澄清度试验, 号	≤3	<3
水不溶物, %	≤0.005	<0.005
碘化物(I), %	≤0.002	<0.002
溴化物(Br), %	≤0.02	<0.02
硫酸盐(SO <sub>4</sub> ), %	≤0.002	<0.002
总氮量(N), %	≤0.001	<0.001
磷酸盐(PO <sub>4</sub> ), %	≤0.0005	<0.0005
钠(Na), %	≤0.02	<0.02
镁(Mg), %	≤0.001	<0.001
钙(Ca), %	≤0.003	<0.003
铁(Fe), %	≤0.0003	<0.0003
钡(Ba), %	≤0.001	<0.001
重金属(以Pb计), %	≤0.0005	<0.0005
以下空白		

结论: 本品按GB/T 646-2011检验, 结果符合分析纯规定。

备注:

签发人: 洪朝辉

复核人: 李利飞

检验人: 朱樱焯