



| | |
|-------|------------|
| 品名： | 氯化钠 |
| 批号： | 20251107 |
| 级别： | ACS |
| 检验依据： | ACS |
| 分子式： | NaCl |
| 分子量： | 58.44 |
| 生产日期： | 2025-11-07 |

| 检验项目 | 指标 | 检验结果 |
|--------------------------------|---------|--------|
| 含量(NaCl), % | ≥99.0 | 99.8 |
| pH值(5%溶液; 25°C) | 5.0~9.0 | 合格 |
| 不溶物, % | ≤0.005 | <0.005 |
| 碘化物(I), % | ≤0.002 | <0.002 |
| 溴化物(Br), % | ≤0.01 | <0.01 |
| 氯酸盐和硝酸盐(以NO ₃ 计), % | ≤0.003 | <0.003 |
| 磷酸盐(PO ₄), ppm | ≤5 | <5 |
| 硫酸盐(SO ₄), % | ≤0.004 | <0.004 |
| 钡(Ba) | 合格 | 合格 |
| 重金属, ppm | ≤5 | <5 |
| 铁(Fe), ppm | ≤2 | <2 |
| 钙(Ca), % | ≤0.002 | <0.002 |
| 镁(Mg), % | ≤0.001 | <0.001 |
| 钾(K), % | ≤0.005 | <0.005 |
| 以下空白 | | |

结论：本品按ACS检验，结果符合ACS规定。

备注：

签发人：洪朝辉

复核人：李利飞

检验人：陈洁丹