



品名: 氯化钠  
批号: 20260516  
级别: ACS  
检验依据: ACS  
分子式: NaCl  
分子量: 58.44  
生产日期: 2026-05-16

检验项目	指标	检验结果
含量(NaCl), %	≥99.0	99.8
pH值(5%溶液; 25°C)	5.0~9.0	合格
不溶物, %	≤0.005	<0.005
碘化物(I), %	≤0.002	<0.002
溴化物(Br), %	≤0.01	<0.01
氯酸盐和硝酸盐(以NO <sub>3</sub> 计), %	≤0.003	<0.003
磷酸盐(PO <sub>4</sub> ), ppm	≤5	<5
硫酸盐(SO <sub>4</sub> ), %	≤0.004	<0.004
钡(Ba)	合格	合格
重金属, ppm	≤5	<5
铁(Fe), ppm	≤2	<2
钙(Ca), %	≤0.002	<0.002
镁(Mg), %	≤0.001	<0.001
钾(K), %	≤0.005	<0.005
以下空白		

结论: 本品按ACS检验, 结果符合ACS规定。

备注:

签发人: 洪朝辉

复核人: 李利飞

检验人: 马高中